

ENFEKSİYONLARA KARŞI GÜN IŞIĞI ORTAM DEZENFEKTÖRÜ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Enfeksiyonlara karşı gün ışığı ortam dezenfektörü; Temiz Işık teknolojisine sahip olmalı, kullanılan bu teknoloji sayesinde 430-680 nm görünür ışık dalga boyu aralığında bulunarak patojen mikroorganizmaları etkisiz hale getirirken , ortamda aydınlatma görevinde yapmalıdır. Teklif edilen ürün 200-405 nm aralığındaki Far UV, UVC, UVB, UVA olmamalıdır.
- 2- Enfeksiyonlara karşı gün ışığı ortam dezenfektörü; E.coli ATCC 10536 , S.aureus ATCC 6538 , E.hira ATCC 10541 , P aeruginosa ATCC 15442 türlerine karşı etkili olmalıdır. Teklif edilen ürünün TÜRKAİ onaylı akredite kuruluđu tarafından en az dört (4) mikroorganizma test raporu bulunmalıdır.
- 3- Enfeksiyonlara karşı gün ışığı ortam dezenfektörü yoğun bakımlarda, ameliyathanelerde ve servislerde mikroorganizmaları yok ederek bulaş riskini de ortadan kaldırma amaçlı olmalıdır.
- 4- Enfeksiyonlara karşı gün ışığı ortam dezenfektörü 430-680 nm aralığındaki farklı dalga boylarına ve frekans düzenleyici bir yazılıma sahip olmalıdır. Bu yazılım kurum tarafından görülecektir.
- 5- Enfeksiyonlara karşı gün ışığı ortam dezenfektörü, bulunduğu ortamda dezenfeksiyonu sağladığını gösteren en az bir (1) üniversite hastanesinde yapılmış klinik çalışma veya bir bildirisi olmalı ve bu çalışma ihale dosyasında sunulmalıdır.
- 6- Teklif edilen ürünün ozon salınımı yapmadığına dair TÜRKAİ onaylı akredite kuruluđu raporu olmalıdır.
- 7- Teklif edilen ürünün ozon salınım , sitotoksite ve mikroorganizma raporları onaylı olmalıdır.
- 8- Teklif edilen ürün Aktif madde içermeyen biyosidal ürün ruhsatına sahip olmalı , ruhsatı olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 9- Teklif edilen ürün CE belgeli olmalıdır.